

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: aparat USG

Model:
Producent:.....

Nazwa:
Kraj pochodzenia:.....

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Sonda sektorowa (cyfrowa) 3,5 MHz.	Tak	
2.	Sonda endowaginalna (7,5 MHz).	Tak	
3.	Funkcje pomiarowe: pomiar odległości; pomiar powierzchni, obwodu: pomiar objętości.	Tak	
4.	Tabele wieku płodu BPD, CRL, FL, CCD, HC, OFD, THT, GS, AC, FTA.	Tak	
5.	Metody obliczania wagi płodu.	Tak	
6.	Możliwość przewożenia aparatu do łóżka pacjentki.	Tak	
7.	Kolorowy Doppler	Tak	

....., dnia.....

Podpisano:

.....
/ podpis uprawnionego przedstawiciela /