

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

**Przedmiot zamówienia: łóżko elektryczne rehabilitacyjne wielofunkcyjne z pozycją fotelową – 2 szt.**

Model: .....  
Producent:.....

Nazwa: .....  
Kraj pochodzenia:.....

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Szerokość całkowita: 930 mm ( ± 30mm)	Tak	
2.	Długość całkowita: 2080mm ( ± 30mm)	Tak	
3.	Wysokość minimalna leża od podłogi: 510 mm ( ± 30mm)	Tak	
4.	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym	Tak	
5.	Leże trzysegmentowe (oparcie pleców, segment siedziska, segment nóg)	Tak	
6.	Segmenty leża wypełnione płytą dekoracyjną przepuszczającą promienie RTG.	Tak	
7.	Regulacja nachylenia oparcia pleców oraz segmentu nóg uzyskiwana przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym.	Tak	
8.	Jednoczesna zmiana oparcia pleców oraz segmentu uda przy nieruchomym segmencie siedziska.	Tak	
9.	Kąt oparcia pleców w zakresie do 77° ( +/-3° )	Tak	
10.	Kąt odchylenia segmentu nóg w zakresie do 40° ( +/-3° )	Tak	
11.	Możliwość blokowania segmentu nóg w pozycji poziomej.	Tak	

12.	Funkcja Trendelenburga 20° (+/-2°) realizowana przez siłownik elektryczny sterowany z pilota.	Tak	
13.	Funkcja anty - Trendelenburga 7° (+/-2°) realizowana przez siłownik elektryczny sterowany z pilota.	Tak	
14.	4 koła o średnicy min. 125 mm, z blokadą jazdy i obrotu.	Tak	
15.	Podpora stóp z regulacją położenia	Tak	
16.	Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe	Tak	
17.	Łóżko wyposażone w wewnętrzny akumulator podtrzymujący zasilanie.	Tak	
18.	Łóżko posiadające pełną pozycję fotelową	Tak	
19.	Elementy wyposażenia łóżka: 1 materac w pokrowcu nieprzemakalnym z tkaniny oddychającej; poręczne boczne odchylne; wieszak na kroplówki.	Tak	
20.	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne.	Tak	

....., dnia.....

Podpisano:

.....  
/ podpis uprawnionego przedstawiciela /